

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ Ստենտ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, կյուբը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ ² , կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխողովակ, ստենտի պրոֆիլը ոչ ավելի, քան 1.07 մմ: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար

				<p>Երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 48մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(Երա շխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ Ստենստ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, կյուրը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ ² , կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխոլդակ, ստենտի պրոֆիլը ոչ ավելի, քան 1.07 մմ: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար

				<p>Երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 48մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(Երա շխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--