

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	ФИБРИНОГЕН_ТЕСТ	ФИБРИНОГЕН_ТЕСТ	ФИБРИНОГЕН_ТЕСТ	МБООИ "Общество больных гемофилией"	Ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդակիության վերլուծիչով ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդակիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չափման մեթոդը՝ ըստ Կլաուսի: Արտադրողի կողմից հաստատված համապատասխան նոսրացումների դեպքում՝ չափման միջակայքը՝ 40-1200 մգ/դլ (0.4-12.0 գ/լ): Չգայուն չէ մինչև 2 IU/ml ոչ ֆրակցիոն ցածրմոլեկուլային կշիռ

ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR
կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն:
Ֆիրմային նշանի առկայություն:
Ռեագենտները պետք է լինեն
օգտագործման համար պատրաստի
հեղուկ վիճակում, կայունությունը՝
բացելուց հետո 2-8°C
ջերմաստիճանում 2 ամիս: Ֆորմատ
ոչ պակաս քան 960թեստ:
Արտադրողի կողմից տրված որակի
վերահսկման միջազգային
հավաստագրերի՝ ISO 9001, ISO
13485, CE (Conformité Européene)
առկայություն: Պիտանիության
ժամկետի առնվազն 50%-ի
առկայություն մատակարարման
պահին Մատակարարը պետք է
ունենա արտադրող ընկերության
կողմից արտոնագրված
մասնագետներ, որոնք սահմանված
կարգով կապահովեն գնման
առարկայի հետ առաջացած
խնդիրների լուծումը՝ համաձայն
արտադրող ընկերության կողմից
տրված ուղեցույցի: Պարտադիր
պայման է հանդիսանում
պայմանագրի կատարման փուլում
մասնակցի կողմից ապրանք/ների
համար արտադրողի կամ վերջինիս

					Ներկայացուցչի կողմից Երաշխիքային Նամակի տրամադրումը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом H2U4-ECΔU72P-2025/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20					