

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-PIIIS	FUJIFILM	FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-PIIIS	FUJIFILM	Կրեատինինի FDC SLIDE CRE որոշման թեստ-հավաքածու Նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ: Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only.







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЭЧ-ЕЭЧЭЭЭЭ-2025/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32					