

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱԷԿԱ ՀՁ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Terumo	Ryujin/Ryurei/Accuf orce	.	Terumo	"Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, մուտքային պրոֆիլը 0,43մմ, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ, բոլոր չափերի համար նոմինալ ճնշումը որ պակաս քան 6atm իսկ պայթման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 12atm: Շավթի տրամագիծը՝ պրոքսիմալ հատվածում 1,8-2,0ֆռ, դիստալ հատվածում 2,4-2,6ֆռ: Բալոնի չափսերը՝ -1,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝

առնվազն 2 չափ, ընդ որում
ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մ,
ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան
15մ: -1,50մ տրամագծի համար
երկարությունները՝ առնվազն 2 չափ,
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել
քան 15մ, ամենաերկարը՝ ոչ
պակաս քան 20մ: -2,00մ
տրամագծի համար
երկարությունները՝ առնվազն 7 չափ,
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել
քան 6մ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս
քան 40մ: -2,25; 2,75 և 4,00մ
տրամագծերի համար
երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ,
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել
քան 6մ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս
քան 40մ: -2,50; 3,00 և 3,50մ
տրամագծերի համար
երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ
յուրաքանչյուր տրամագծի համար,
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել
քան 6մ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս
քան 40մ: -3,25 և 3,75մ
տրամագծերի համար
երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ
յուրաքանչյուր տրամագծի համար,
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել
քան 6մ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս

				<p>քան 20մմ: -4,50 և 5,00 տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 15մմ: Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СП ООО "ЛАЭКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦХЦП2Р-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Terumo	Ryujin/Ryurei/Accuforce	.	Terumo	"«Сердечно-сосудистый дилатационный баллонный катетер с рентгеноконтрастным маркером, с гидрофильным покрытием, входной профиль 0,43 мм, рабочая длина катетера 145 см, номинальное давление для всех размеров не менее 6 атм и давление разрыва не менее 12 атм. Диаметр ствола в проксимальной части 1,8- 2,0фр, в дистальной части Размеры цилиндра 2,4-2,6 фр. - Для диаметра 1,25 мм длины не менее 2-х размеров, при этом самый короткий не более 10 мм,

самый длинный не менее 15 мм. -
Для диаметра 1,50 мм длины
должны быть не менее 2-х
размеров, при этом самый короткий
не более 15 мм, самый длинный не
менее 20 мм. - Для диаметра 2,00
мм длины не менее 7 размеров, при
этом самая короткая не более 6 мм,
самая длинная не менее 40 мм.
-2,25; Для диаметров 2,75 и 4,00 мм
длина составляет не менее 8
размеров, при этом самый короткий
не превышает 6 мм, а самый
длинный не менее 40 мм. -2,50; Для
диаметров 3,00 и 3,50 мм длина
должна быть не менее 9 размеров
для каждого диаметра, причем
самая короткая не должна
превышать 6 мм, а самая длинная -
не менее 40 мм. - Для диаметров
3,25 и 3,75 мм длина не менее 5
типоразмеров для каждого
диаметра, при этом самый
короткий не превышает 6 мм, а
самый длинный не менее 20 мм. -
Для диаметров 4,50 и 5,00 длины -
не менее 4 на каждый диаметр,
самая короткая - не более 6 мм,
самая длинная - не менее 15 мм,

					замена должна быть произведена в течение двух месяцев."""
--	--	--	--	--	---