

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Radifocus Introducer	.	Terumo	Ինտրադյուսեր տրանսռադիալ 4Fr- Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ինտրադյուսերի ծայրի երկարության պահանջվող չափերն են՝ 7սմ, 10սմ, մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ, մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72F-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Radifocus Introducer	.	Terumo	Интрадюрс трансрадиал 4Fr-переход дилатора к шиту высокоточный, который позволяет внести интрадуктор в кровеносный сосуд без дополнительного вмешательства (например, с помощью лезвия). Требуемая длина наконечника интрадюрсера 7 см, 10 см, требуемые диаметры мини-проводника - 0,018 "0,021" 0,025 "45 см, необходимый размер иглы - 20G, 21G, 22G. Сертификаты качества CE.