

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պլազմաֆերեզի սարք	MMcS	MMcS-0101	ООО “ПРОФИТ ФАРМ”	Պլազմաֆերեզի սարք, Գործողության սկզբունքը՝ ընդհատվող հոսքով ցենտրիֆուգում Պլազմայի անջատման խցիկը՝ զանգակաձև ցենտրիֆուգ Երակային մուտքը՝ մեկ ասեղանի Թրոմբոցիտներով հարուստ պլազմայի ստացման հնարավորություն Ռուսերեն լեզվի առկայություն Ներկառուցված արյան հաշվիչ Համակարգի հավաքումը և լիցքավորումը՝ ավտոմատ Օդի ցուցիչ՝ 3 հատ Ճնշման ցուցիչ՝ 2 Քաշի/ծավալի ցուցիչի առկայություն

				<p>Ցենտրիֆուգային խցիկում հեղուկի արտահոսքի ցուցիչի առկայություն Արյան բաղադրամասերի որակի ավտոմատ ստուգման համար օպտիկական ցուցիչի առկայություն Հակամակարդիչ-արյուն փոխհարաբերությունը՝ 1:8-ից 1:16 Ցենտրիֆուգման արագությունը՝ 0-7000 պտույտ/րոպե Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ 1. ГОСТ ISO13485-2017 2. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ (РОСЗДРАВНАДЗОР)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПQF-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Аппарат для плазмафереза	MMcS	MMcS-0101	ООО "ПРОФИТ ФАРМ"	Аппарат плазмафереза, Принцип работы центрифуги прерывистого типа. Камера разделения плазмы: колоколообразная центрифуга Венозный доступ: одна игла Возможность получения плазмы, богатой тромбоцитами. Наличие русского языка Встроенный счетчик крови. Сборка и заправка системы - автоматическая Датчик воздуха: 3 шт. Индикатор давления: 2 Доступен индикатор веса/объема Наличие индикатора утечки жидкости в камере центрифуги. Наличие оптического индикатора

				<p>для автоматического контроля качества компонентов крови. Соотношение антикоагулянта и крови: от 1:8 до 1:16. Скорость отжима: 0-7000 об/мин.</p> <p>Оборудование и аксессуары Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на русском языке</p> <p>Оборудование новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Гарантия: 24 месяца Сертификаты качества 1. ГОСТ ИСО13485-2017. 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (РОСЗДРАВНАДЗОР)</p>
--	--	--	--	---