

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FUJIFILM Corporation	FUJIFILM Scenaria View	Scenaria View	FUJIFILM Corporation	Համակարգչային տոմոգրաֆիկ համալիր Համալիրը նոր է, չօգտագործված, 2024թ. արտադրության Տեխնիկական բնութագրեր Դետեկտոր Z առանցքով դետեկտորի լայնությունը 40 մմ Դետեկտորի շերտերի քանակը 64 Z առանցքով դետեկտորի տվյալների հավաքման անկախ ալիքների քանակը 64 Մեկ պտույտի ժամանակ շերտերի առավելագույն քանակը 64 Դետեկտորի Էլեմենտների ընդհանուր քանակը 56832 Շերտի նվազագույն հաստությունը 0,625

					Սուբմիլիմետրային շերտերով սկանավորման ռեժիմում առավելագույն կոլիմացիան 40մմ Գենտրի Գենտրիի անցքի տրամագիծը 800մմ Սկանավորման առավելագույն դաշտը 200000 մմ2 Ռենտգենյան խողովակի` 360° մեկ ամբողջական պտույտի նվազագույն ժամանակը 0,35 վրկ հսկամյալի սեղան հսկամյալի հորիզոնական տեղափոխման միջակայքը 2110 մմ հսկամյալի սեղանի տեղաշարժման արագությունը 200 մմ/վրկ հսկամյալի սեղանի ուղղահայաց տեղաշարժման միջակայքը 490 մմ հսկամյալի սեղանի բեռնունակությունը 250 կգ Ռենտգենյան գեներատոր Ռենտգենյան գեներատորի հզորությունը 72 կՎտ Ռենտգենյան խողովակին տրվող անոդային լարման նվազագույն նշանակությունը 80կՎ Ռենտգենյան խողովակին տրվող անոդային լարման առավելագույն նշանակությունը 140 կՎ Հոսանքի նվազագույն նշանակությունը 10 մԱ Հոսանքի առավելագույն նշանակությունը 600 մԱ
--	--	--	--	--	--

					Ռենտգենյան խողովակ Ռենտգենյան խողովակի անոդի սառեցման արագությունը 1386 KHU/րոպեում Ռենտգենյան խողովակի ջերմունակությունը 7,5 MHU Փոքր կիզակետի չափսը 0,7x0,8մմ Մեծ կիզակետի չափսը 1,2x1,4մմ Սկանավորման պարամետրերը Տեսադաշտային սկանավորում Առկայություն Աքսիալ սկանավորում Առկայություն Սպիրալ սկանավորում Առկայություն Աքսիալ սկանավորման առավելագույն երկարությունը 1750 մմ Սպիրալ պիտչի առավելագույն նշանակությունը 1,500:1 Տարածական թողունակությունը 17,2 գ.գ/սմ Ցածրկոնտրաստային թողունակության հնարավորություն 2,5 մմ Պատկերի մատրիցա 1920x1200 Խտությունների չափման միջակայքը, Հաուսֆիլդի ց. -2000 - 4000 Կոնտրաստային զգայունություն 0,625% Անընդհատ սպիրալային սկանավորման առավելագույն տևողությունը 100վրկ Պատկերների պահպանման և մշակման թվային համակարգ Տվյալների հավաքման մատրիցա
--	--	--	--	--	--

					512x512 Պատկերի վերակառուցման ժամանակը 60 պատկեր/վրկ Պատկերների` DVD ձայնագրման սարք Առկայություն Ֆիզիկական հիշողության ծավալը` հետազոտությունների արդյունքների պահպանման համար 1 SP Ethernet 10/100/1000 ցանցի աջակցություն Առկայություն Հեղուկ-բյուրեղային մոնիտորների քանակը 2 հատ Դիսփլեյի չափը ` հեղուկ-բյուրեղային մոնիտորների անկյունագծով 19 դյույմ Ճրագրային ապահովում` հիմնական և հատուկ Առկայություն Եռաչափ վերակառուցման ալգորիթմ Առկայություն Բազմահարթությունային վերաֆորմատավորում Առկայություն Բազմահարթությունային վերաֆորմատավորում` կորագիծ հատողներով (секундами) Առկայություն Աքսիալ պատկերի համեմատություն/համադրում/ վերակառուցված ծավալի հետ Առկայություն Առավելագույն և նվազագույն ինտենսիվության պրոեկցիաներ Առկայություն Տարբեր հյուսվածքների միաժամանակյա ցուցադրմամբ
--	--	--	--	--	---

					ծավալային վերակառուցում Առկայություն Ճավալային վերակառուցման ժամանակ թափանցիկության վերահսկում իրական ժամանակում Առկայություն Հետաքրքրության շրջանում կոնտրաստի մակարդակի ուժեղացման մոնիտորինգ Առկայություն Պատկերների քանակական վերլուծություն (հեռավորություններ, անկյուններ, խտություն): տեքստային տեխնիկական հատկությունների վրա Առկայություն Պիկսելների ինտենսիվության վերլուծություն՝ ժամանակի մեջ կոնտրաստի գրավումը գնահատելու համար Առկայություն Երեխաների հետազոտման հատուկ մասնագիտացված ռեժիմներ (պրոտեկոլներ): Առկայություն Դոզայի բեռնվածության օպտիմալացման պրոտոկոլներ Առկայություն Պատկերների իտերատիվ վերակառուցման համակարգ՝ հիմնված չմշակված/հում/ տվյալների մշակման վրա Առկայություն Բժշկի աշխատանքային կայան 1 հատ
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУЧРЧ-ЛУДП-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

						Ապարատային համալրում` Օպերատիվ հիշողության հզորություն 32 ԳԲ Պահոցի ծավալը/ հզորությունը/ 1024 ԳԲ CD, DVD-ի վրա ձայնագրման սարքավորում Առկայություն Գունավոր հեղուկ- բյուրեղային մոնիտեր , անկյունագիծը` 19 դյույմ Գունավոր մոնիտորներ (քանակը) 2 հատ Դիսփլեյի թողունակությունը 1280 x 1024 պիքսել Ethernet 10/100/1000 ցանցի աջակցություն Առկայություն Աշխատքանքային կայանի ծրագրային ապահովում Օգտագործողի ընդհանուր ինտերֆեյս բոլոր աջակցվող մոդալությունների համար Առկայություն Բեռնում, դիտում և բազմահարթությունային և ծավալային պատկերի վերաֆորմատավորում` առավելագույն, նվազագույն ինտենսիվության ռեժիմների և ՀՏ, ՄՌՏ, եռաչափ ռենտգենոգրաֆիայի և ՊԷՏ պատկերների միջինացում Առկայություն Մեկ և մի քանի հետազոտությունների ներսում նույն հիվանդի հետազոտման ընթացքում ստացված ՀՏ պատկերների
--	--	--	--	--	--	--

						սերիաների ավտոմատ համատեղում Առկայություն Մուլտիմոդալ պատկերների ընտրություն և տպում ժապավենի վրա Առկայություն Սնամեջ օրգանի վիրտուալ Էնդոսկոպիայի ռեժիմում եռաչափ վերակառուցում` տեղաշարժման կառավարման գործիքներով նավիգացիա ռեժիմում, վիրտուալ Էնդոսկոպիայի տեսանյութի ստեղծում և պահպանում Առկայություն Կլոր գոյացությունների կիսաավտոմատ գծանշում` ծավալի, առավելագույն տրամագծի, կարճ առանցքով չափի, ռենտգենյան խտության միջին մեծության` Հաունսֆիլդի միավորներով, ռենտգենյան խտության ստանդարտ շեղման` Հաունսֆիլդի միավորներով գնահատմամբ և ընտրված ծավալում խտության բնութագրերի գունային կոդավորման գործառնություն Առկայություն Ոսկրային կառուցվածքների հեռացման գործառնություն Ոսկրային կառուցվածքների ավտոմատ ուրվագծում և հեռացում ՀՏ պատկերների համար (գլխի և
--	--	--	--	--	--	---

					պարանոցի հետազոտություններ, կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի, վերջույթների հետազոտություններ) Առկայություն Կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի և վերջույթների ՀՏ-անգիոգրաֆիայի պատկերների կալցիֆիկացման տարածքների ցուցադրում և քողարկում / փակում/ Առկայություն Անոթների վերլուծության ծրագրակազմ Մասնագիտացված ծրագիր, որը նախատեսված է ոչ ինվազիվ վերլուծության անատոմիայի, զարկերակների պաթոլոգիական փոփոխությունների և վիրաբուժական բուժման պլանավորման համար՝ հիմնված ՀՏ-անգիոգրաֆիայի պատկերների վրա: Առկայություն Ընտրված անատոմիական շրջանի անոթի միջին գծի ավտոմատ որոշում՝ ուղեգծի (տրասսայի) և տրամագծի մանուալ ուղղման գործառնությով Առկայություն Անոթների անվանումների ավտոմատ և կիսաավտոմատ ավելացում Առկայություն Անոթի ստենոզի և անևրիզմալի աստիճանի ավտոմատ չափում մանուալ ուղղման
--	--	--	--	--	--

					գործառույթով և ռեֆերենտ կետերի կամայական ընտրությամբ Առկայություն Անոթների վերլուծության հաշվետվության ավտոմատ ստեղծում՝ կատարված չափումների և կառուցված պատկերների ավելացումով ՝ավտոմատ և մանուալ ռեժիմում Առկայություն Կրծքավանդակի ՀՏ հետազոտությունների գնահատման մասնագիտացված ծրագիր՝ թոքային պարենխիմայի խտության բնութագրերի և բրոնխների անատոմիայի և պաթոլոգիական փոփոխությունների ավտոմատ վերլուծման համար Թոքերի ավտոմատ սեգմենտավորում՝ ծավալի չափման համար Առկայություն Բրոնխիալ ծառի ավտոմատ սեգմենտավորում և հետազոտում՝ բրոնխների անատոմիայի և պաթոլոգիական փոփոխությունների գնահատման համար՝ լուսանցքի, պատի հաստության և դրանց հարաբերակցություններով ավտոմատ չափմամբ: Առկայություն Թոքերի ավտոմատ քարտեզագրում՝ հիմնված Հաունսֆիլդի խտության
--	--	--	--	--	---

					արժեքների վրա՝ փոփոխված խտության տարածքների լոկալիզացիան և ծավալը որոշելու համար Առկայություն Համալրված Ավտոմատ երկու-սրվականի կոնտրաստանյութի ներարկիչ-ինժեկտոր՝ ներառյալ կուբաների մեկնարկային հավաքածու Առկայություն Հիվանդին դիրքավորելու համար աքսեսուարների և միջոցների մեկ հավաքածու (հիվանդի մարմինը ֆիքսող գոտիների հավաքածու, գլխի տակդիր, պաշտպանիչ ծածկով ներքնակ, ներարկումների համար արմնկակալ) Առկայություն Տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութեր, ներառյալ էլեկտրական բաշխիչ վահանակը և մալուխների հավաքածու Առկայություն Այլ պայմաններ՝ Առաջարկը ներառում է տեղադրման և գործարկման աշխատանքներ Առկայություն Տեղադրման և գործարկման աշխատանքները կիրականացվեն սերտիֆիկացված ինժեների Առկայություն կողմից , որը անցել է առկա ուսուցում արտադրող ընկերության կենտրոնում
--	--	--	--	--	--

					Մասնագետների Ուսուցում Առկայություն 3 ամիսը մեկ անգամ մասնագետի կողմից համայն սարքավորման ընդհանուր գործունեության պրոֆիլակտիկ ստուգման համար Առկայություն Սնուցման ցանցի բնութագրերը Հոսանքի լարումը 380 Վ Օգտագործվող հզորությունը 100 կՎտ Երաշխիքային սպասարկում , ներառյալ խողովակը և դետեկտորային համակարգը` 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. ISO 9001 3. ISO 14001
--	--	--	--	--	--