

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Filter wire	Բոստոն, Filter wire	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Դիստալ պրոտեկցիայի համակարգ, կիրառվող ենթամաշկային երակների և քնային զարկերակի ստենոտավորման ժամանակ որպես առաքման, ինչպես նաև և էմբոլներից պաշտպանվելու ու դրանք հեռացնելու համակարգ, առաքման համակարգի երկարությունը 300 և 190սմ, առաքման համակարգի պրոֆիլ՝ 3,2F, ֆիլտրի պարզեցված զամբյուղե ձևը թույլ է տալիս այն կիրառել ըստ միջամտության տեսակի 2,25մմ-ից մինչև 5,5մմ անոթների դեպքում, ֆիլտրի նյութը՝ պոլիուրեթանային թաղանթ 110 մկմ, համատեղելի ուղղորդիչ կաթետեր՝ 6F: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին,

				<p>ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЛУРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Filter wire	Բոստոն, Filter wire	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Դիստալ պրոտեկցիայի համակարգ, կիրառվող ենթամաշկային երակների և քնային զարկերակի ստենտավորման ժամանակ որպես առաքման, ինչպես նաև և էմբոլներից պաշտպանվելու ու դրանք հեռացնելու համակարգ, առաքման համակարգի երկարությունը 300 և 190սմ, առաքման համակարգի պրոֆիլ՝ 3,2F, ֆիլտրի պարզեցված զամբյուղե ձևը թույլ է տալիս այն կիրառել ըստ միջամտության տեսակի 2,25մմ-ից մինչև 5,5մմ անոթների դեպքում, ֆիլտրի նյութը՝ պոլիուրեթանային թաղանթ 110 մկմ, համատեղելի ուղղորդիչ կաթետեր՝ 6F: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին,</p>

				<p>ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------