

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
73	Բոստոն Stent Wallstent Uni	Բոստոն Stent Wallstent Uni	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ առաքման համակարգով, շավթի աշխատանքային երկարությունը 75սմ և 135սմ, համատեղելիություն 0,035" ուղղորդիչի հետ, ռենտգենոկոնտրաստային մարկերներ: Ստենտի չափսերը` -տրամագծերը` 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 և 16,0մմ, երկարությունը առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագծերը` 18,0; 20,0; 22,0 և 24,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 70մմ:</p> <p>Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,</p>

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72P-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
73	Fnuonn Stent Wallstent Uni	Fnuonn Stent Wallstent Uni	Fnuonn Սայենտիֆիկ	Ինքնաբացվող պերիֆերիկ ստենտ առաքման համակարգով, շավթի աշխատանքային երկարությունը 75սմ և 135սմ, համատեղելիություն 0,035" ուղղորդիչի հետ, ռենտգենոկոնտրաստային մարկերներ: Ստենտի չափսերը՝ -տրամագծերը՝ 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 և 16,0մմ, երկարությունը առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 20մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 80մմ: -տրամագծերը՝ 18,0; 20,0; 22,0 և 24,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 40մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 70մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------