

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ClosureFast	ClosureFast	Medtronic	<p>Ներերակային արյացիայի համար նախատեսված կաթետր, տաքացնող Էլեմենտի երկարությունը 3 և 7սմ, տրամագիծը՝ 2,3մմ, մուտք արվող երկարությունը 60 և 100սմ, ինտրադյուսորը 7Ֆռ. 2,3մմ մինիմալ ներքին տրամագծով, 0,025" ուղղորդիչի հետ համատեղելիություն, տաքացման ինտերվալը 20 վարկյան, արյացիայի ջերմաստիճանը՝ 120°, առավելագույն հզորությունը՝18/40W: Համատեղելի գեներատորի RG3 ծրագրային ապահովման հետ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում</p>

				<p>Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինելի նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինելի նորով: Ապրանքի փոխարինումը կիրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ClosureFast	ClosureFast	Medtronic	<p>Катетер для внутривенной абляции, длина нагревательного элемента 3 и 7 см, диаметр 2,3 мм, вставляемая длина 60 и 100см, интродьюсер 7фр. с минимальным внутренним диаметром 2,3мм, совместимость с направляющей 0,025", интервал нагревания 20 секунд температура абляции 120°, максимальная мощность 18/40W. Совместимость с программным обеспечением генератора RG3. Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия:</p> <p>В каждом случае бракования товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность представленной информации у производителя. В</p>

				<p>случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев.</p>
--	--	--	--	--