

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Terumo	Ultimaster/Ultimaster Tansei/Nagomi	.	Terumo	Նյութը` կոբալտ քրոմի հեմոհամատեղելի համաձուլվածք:Դեղապատ ստենտը նախագծված լինի բաց դիզայնի տիպով , ճոճերի բացվածքը ոչ ավել քան 131 աստիճան:Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 144սմ: Կիրառվող նյութեր պոլիմեր` հեմոհամատեղելի: Կիրառվող դեղանյութը` Սիրոլիմուս` օժտված բարձր լիպոֆիլությամբ, որի դոզավորումը չպետք է լինի ավել քան 3.9մգրամ մմ ստենտի երկարության վրա: Կիրառվող դեղանյութը պատած լինի միայն

ստենտի արտաքին մակերեսին և ոչ ստենտի ցանցի հատման կետերում:  
Դեղանյութի և պոլիմերի ձերբագատումը՝ առավելագույնը 4 ամսում՝ 100%: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի՝ 2-4 մմ տիրույթի միջակայքում ըստ պահանջվող երկարությունների՝ 9-38 մմ տիրույթի միջակայքում Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 0.003”- 0.0036” տիրույթի միջակայքում: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն:

				<p>Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակը պարտադիր ներկայացնել հայտի հետ: Պարտադիր պայման է՝ արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 20494-ЕЦДЦ12Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Terumo	Ultimaster/Ultimaster Tansei/Nagomi	.	Terumo	Материал: кобальт-хромовый сплав. Стент с лекарственным покрытием должен быть выполнен открытой конструкции, раскрытие поворотов не должно превышать 144 см. Применяемые материалы должны быть гемосовместимыми и более. 3,9 мг по длине стента. Наносимый препарат следует наносить только на внешнюю поверхность стента, а не на места пересечения стента. Удаление препарата и полимера происходит максимум за 4 месяца. характеристики сосуда пациента, в зависимости от необходимого

диаметра: диапазон 2-4 мм, в зависимости от требуемой длины: диапазон 9-38 мм. Толщина стенок стента в диапазоне 0,003-0,0036 дюйма. Для каждой поставляемой партии необходимы сертификаты качества CE или FDA. Новые, неиспользованные, в заводской стерильной упаковке. Наличие не менее 75% всего срока годности на момент доставки изменить размер товара на другой размер, если в наличии не менее 50% срока годности товара. К заявлению необходимо предоставить разрешительное письмо от производителя. Согласно статье 2 Закона РА НО-325-Н «О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ», участник должен представить вместе с Заявкой сертификат соответствия, представленный производителем продукции, авторизационное письмо (гарантийное письмо-доверенности), а на этапе исполнения договора - производителя сертификата

					происхождения продукции, представленного
--	--	--	--	--	---