

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	FLEX SC9	RADIOMETER	RADIOMETER	RADIOMETER	<p>Թեստ-հավաքածու՝ FLEX SC9 Նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն՝ PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct. Թեստ- հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ: Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված 300 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 60 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 0C:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ΠΠΣΣ ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ΕΠΔΟΠ2P-19/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
33					