

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՎՏՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	ALT	ALT	ALT	Delta LTD	ԱԼԱՏ-ի որոշման համար Նախատեսված հավաքածու Stat Fax ի համար: Մեթոդաբանական կինետիկ առանց պիրիոդսալֆոսֆատի ակտիվացման: Ստուգվող նմուշը՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Ալիքի երկարությունը 340սմ: Տևողությունը 3րոպե: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը, Ռ1, Ռ2, կոնտրոլ շիճուկ /ըստ պահանջի/: Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը՝

				<p>100 թեստ: Մատակարարը պարտավոր է տեղում վարածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը, գրավոր ներկայացնել հավաքածուի օգտագործման ձևը օրիգինալ, նաև հայերեն լեզվով, տեղում ստուգել փորձի ճշգրտելիությունը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 2/3: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ Գօստ Պ NCO 13485 կամ համարժեք Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ շշիկ: Նշանադրումը-ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-"կոտրվող է":</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч5Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	ALT	ALT	ALT	Delta LTD	ԱԼՍ-ի որոշման համար Նախատեսված հավաքածու Stat Fax ի համար: Մեթոդաբանական կինետիկ առանց պիրիդոքսալֆոսֆատի ակտիվացման: Ստուգվող նմուշը՝ արյան շիճուկ, պլազմա: Ալիքի երկարությունը 340սմ: Տևողությունը 3րոպե: Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ծեռնարկով նախատեսված նյութերը, Ռ1, Ռ2, կոնտրոլ շիճուկ /ըստ պահանջի/: Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը՝

				<p>100 թեստ: Մատակարարը պարտավոր է տեղում վարածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը, գրավոր ներկայացնել հավաքածուի օգտագործման ձևը օրիգինալ, նաև հայերեն լեզվով, տեղում ստուգել փորձի ճշգրտելիությունը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 2/3: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ Գօստ Պ NCO 13485 կամ համարժեք Գնման առարկայի որակական տվյալները, չափերը՝ շշիկ: Նշանադրումը-ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-"կոտրվող է":</p>
--	--	--	--	---