

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՍ ՍԵՂԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	"Թեստ-երիզներ Կոնտուր Պլուս "	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	"Թեստ-երիզներ` նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50): Չափման ժամանակահատվածը` 5 վրկ: Չափման միջակայքը` 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան` 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան` 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն` 10%-93%: Հեմատոկրիտի թուլատրելի միջակայքը` 0-70%: Գործառնական բարձրություն` ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան

					<p>ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է Եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: "</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ-ЕЦД-ЦТДР-2025/3  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					