

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՐՈՆԹ ԼԱՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹ» ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS Medical	SWS Medical	SWS-6000	SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը` - $\pm$ 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապասկտիվացում- Այո` ազդանշանի ապասկտիվացման կոճակով Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը - 10%: Ահագանգի սահմանները->0,35մլ/ր արյունHC T 25% (AAMI). Ձայնային ազդանշանի ապասկտիվացում- Այո` ազդանշանի պասկտիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ծավալը ղեկավարվում է

բալանսավորման խցիկի կողմից,
 ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի
 միջոցով: 2.Միային
 ուլտրաֆիլտրացիա (Bergstrom):
 Աշխատանքային սահմանները -
 $0-3,000 \text{ մլ/ժ}$ Ճշտությունը- $\pm$
 $0,2 \text{ մլ/խցիկի ցիկլ}$: Պաշտպանական
 համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ
 ավելի: Ձայնային ազդանշանի
 ապաակտիվացում- Այո՝
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով: Ջերմաստիճանի
 կարգավորման տիրույթները -33-40
 $^{\circ}\text{C}$. Դիալիզատորում ջերմաստիճանի
 թույլատրելի շեղումները- $+ 0,5$
 $^{\circ}\text{C}$ ից- $1,5^{\circ}\text{C}$. Սահմանները- $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 (առաջադրված արժեքի
 նկատմամբ). Մաքսիմալ
 ջերմաստ.պաշտպանություն- 41. $^{\circ}\text{C}$
 Պաշտպանական համակարգ-
 Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում-
 Այո՝ ազդանշանի
 ապաակտիվացման կոճակով:
 Հաղորդականություն- Ղեկավարվող
 Հաղորդականություն:
 Աշխատանքային սահմանները-
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,
 4-7մՍ/սմ: Ընդհանուր

Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- $\pm 0,2$ մՍ/ մ Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում 25 °C).
 Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ
 Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով
 Սահմանները- $\pm 4\%$ (առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով:
 Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր : DF Թույլատրելի շեղումները- $\pm 5\%$, 300-800մլ/ր դեպքում:
 Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP). Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս.
 Սահմանների պատուհան- կարգավորելի (2%-99%).
 Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով: Թույլատրելի շեղումները- ± 50 մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2 լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ

կանգնման համակարգով. 1. Երբ դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ. 8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե խողովակի համար: Պոմպի հաճախությունը - 50-600մլ/ր(8/12մմ) 50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է 10մլ քայլով: Աշխատանքային ճնշման սահմանները - Մտնող ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս, Ելնող ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս : Հեպարինի պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ ներարկիչների համար: Պոմպի հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ 0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս: 600մլ/ժ Թուլլատրելի շեղումները- < $\pm 10\%$ Ճնշման սահմանները- 0 մինչև +480mmHg: ՕդիԴետեկտոր SAD- SAD : Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա 2գայնությունը - Օդի փուչիկներ սկսած >50μl, ՍահմաններըԵրկասեղանիռեծիմի համար: 0.2մլ սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք: Սահմանները մեկասեղանի ռեծիմի համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր հաստատուն SAD Հոսք: Պաշտպանական համակարգ-

					Ուղարձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD. Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա-տողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սարքը նոր է, չօգտագործված, 2023 թ առտարրության, ներառում է ինտերֆեյսի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Մաշինորը՝ 12 ամիս: Մատակարարող տեխնիկական հատկությունները և սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «ՖՈՆՆԹ ԼԱՅՆ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆՏ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004РЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Մաշինորը՝ 12 ամիս: Մատակարարող տեխնիկական հատկությունները և սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					