

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ԹԵԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, Ներծծվող հյուսված	ԹԵԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, Ներծծվող հյուսված	ԹԵԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, Ներծծվող հյուսված	Լյուքսսչրս	ԹԵԼ ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ- լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի պոլիֆիլամենտից՝ բաղկացած գլիկոլիդի ,լակտիդի և կալցիումի ստեարտի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման

ամրությունը IN VIVO պայմաններում
2 շաբաթից 75%+-3%, 3շաբաթից
50%+-2%, 4շաբաթից 25%+-2%:
Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը
56-70օր է: Մետրիկ չափը 3
պայմանական չափը 1թելի
երկարությունը 90սմ+-5սմ: Ասեղը
պատրաստված լինի կորոզիակայուն
բարձր ամրության
համաձուլվածքից, պատված լինի
կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը
նպաստում է ասեղի և
հյուսվածքների միջև շփման
նվազեցմանը և հեշտացնում է
ասեղի անցումը
հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի
որակը չպետք է գիջի AISI
դասակարգումով 300 սերիայի
համաձուլվածքների որակին: Ասեղը
պետք է ունենա այնպիսի
կառուցվածք /հատուկ երկայնակի
ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու
մասում/, որի շնորհիվ վստահելի
ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի
մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված 1/2
կորության 36մմ-40մմ
երկարությամբ: Ստերիլ
կարանյութով ներքին ներդիրը
պետք է պարունակի մակնշում, որն

				<p>արձածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը , ասեղի տեսակը, կորությունը , ասեղների քանակը: պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Ընդունելի է RTMed korea կամ B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦЦПЗР 2025-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11					