

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ստենտի արտաքին տեսքը՝ բաց խցիկ, 8/10 (4մմ մեծ տրամագծով ստենտերի համար) միմյանց միացված ատամնավոր պսակներ: Պսակների ընդհանուր թիվը՝ 7: Մոտակա 3 պսակները միացված են իրար 4 , իսկ մնացած պսակները՝ 2 կամարակցումներով: Ստենտի Նյութ՝ Պլատինե քրոմային խառնուրդ: Դեղորայքային ծածկույթ՝ ստենտի արտաքին մակերեսի վրա պոլիմերային ծածկույթ, որը պարունակում է 1 մկգ Էվերոլիմուս ստենտի մակերեսի մեկ մմ ² -ի համար: Դեղորայքի հեռացում՝ իմպլանտացիայից 3 ամիս անց: Ստենտի տրամագիծը՝ 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 մմ: Հետլայնացման սահմանները՝ 5.75 մմ: Առաքման համակարգի բալունային կաթետեր՝ համատեղելի բալունային կաթետեր երկու ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներով, որոնք ծայրերում 0,4 մմ ստենտից երկար

				Են:Նոմինալ ճնշում 11 ատմ (1117 կՊա): Պայթեցման ճնշում 2.25 – 2.75մմ 18 ատմ (1827 կՊա),3.00 – 4.00 մմ `16 ատմ ( 1620 կՊա ) Ստենտի պատերի հաստությունը` 2.25 – 3.50 մմ 0.074մմ; 4.00 մմ 0.081 մմ: Մուտքային պրոֆիլը` 0.44 մմ: Ստենտի միջին պրոֆիլը` 0.98 մմ: Համակարգի ընդհանուր երկարությունը` 144 սմ: Հեռավոր մասի ծածկույթ` հիդրոֆիլ: Բալոնի և հեռավոր մասի նյութ` PEBAX: Ուղղորդիչ կաթետերի համատեղելիությունը` 5F: Դասավորվածություն` 5 թերթիկների տեսքով: Ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներ` պլատինե իրիդիում: Մարկերի երկարությունը` 1 մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակը պարտադիր ներկայացնել հայտի հետ: Պարտադիր պայման է` արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի
--	--	--	--	---

				առկայությունը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԶՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕДХДТДР-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Ստենտի արտաքին տեսքը՝ բաց խցիկ, 8/10 (4մմ մեծ տրամագծով ստենտերի համար) միմյանց միացված ատամնավոր պսակներ: Պսակների ընդհանուր թիվը՝ 7: Մոտակա 3 պսակները միացված են իրար 4 , իսկ մնացած պսակները՝ 2 կամարակցումներով: Ստենտի նյութը՝ Պլատինե քրոմային խառնուրդ: Դեղորայքային ծածկույթ՝ ստենտի արտաքին մակերեսի վրա պոլիմերային ծածկույթ, որը պարունակում է 1 մկգ Էվերոլիմուս ստենտի մակերեսի մեկ մմ ² -ի համար: Դեղորայքի հեռացում՝ իմպլանտացիայից 3 ամիս անց: Ստենտի տրամագիծը՝ 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00 մմ: Հետլայնացման սահմանները՝ 5.75 մմ: Առաքման համակարգի բալունային կաթետեր՝ համատեղելի բալունային կաթետեր երկու ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներով, որոնք ծայրերում 0,4 մմ ստենտից երկար

				Են:Նոմինալ ճնշում 11 ատմ (1117 կՊա): Պայթեցման ճնշում 2.25 – 2.75մմ 18 ատմ (1827 կՊա),3.00 – 4.00 մմ `16 ատմ ( 1620 կՊա ) Ստենտի պատերի հաստությունը` 2.25 – 3.50 մմ 0.074մմ; 4.00 մմ 0.081 մմ: Մուտքային պրոֆիլը` 0.44 մմ: Ստենտի միջին պրոֆիլը` 0.98 մմ: Համակարգի ընդհանուր երկարությունը` 144 սմ: Հեռավոր մասի ծածկույթ` հիդրոֆիլ: Բալոնի և հեռավոր մասի նյութ` PEBAX: Ուղղորդիչ կաթետերի համատեղելիությունը` 5F: Դասավորվածություն` 5 թերթիկների տեսքով: Ռենտգեն կոնտրաստային մարկերներ` պլատինե իրիդիում: Մարկերի երկարությունը` 1 մմ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 75%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Արտադրողի կողմից ավտորիզացիոն նամակը պարտադիր ներկայացնել հայտի հետ: Պարտադիր պայման է` արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի
--	--	--	--	---

				առկայությունը: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԶՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (Երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--