

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԹԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | - | - | - | - | Լազերային համակարգը նախատեսված է 2 տեսակի երկարությամբ ալիքներով աշխատելու համար Ալիքի երկարությունը՝ 0,97մկմ և 1,47մկմ Ալիքի երկարությունը 0,97 մկմ՝ Հյուսվածքի վրա ազդեցության տեսակը՝ ռեզեկցիա, կոագուլյացիա, հիպերթերմիա, գոլորշիացում, աբլացիա: Ապահովում է կոագուլյացիոն էֆեկտ, ինչպես նաև թույլ է տալիս ճշգրիտ կտրել և գոլորշիացնել կենսաբանական հյուսվածքները: 0,97 մկմ |

աշխատանքային ճառագայթման ալիքի երկարությունն օգտագործելիս կրճատվում է հարակից հյուսվածքների ջերմային վնասը, նվազում է այտուցը, կրճատվում է բուժման ժամանակը, ինչին նպաստում են լազերային ճառագայթման կենսախթանիչ հատկությունները: 1,47 մկմ ալիքի երկարությունն Արյան մեջ ավելի վատ է ներծծվում, քան 0,97 մկմ, բայց ավելի լավ ջրի մեջ («ջրային լազեր»): 1,47 մկմ ալիքի երկարության օգտագործումը Ֆլեբոլոգիայում և պրոկտոլոգիայում ուղեկցվում է հետվիրահատական շրջանի ավելի մեղմ ընթացքով: Օգտագործման ոլորտները. Ֆլեբոլոգիա. Վարիկոզի էնդովենոզ լազերային կոագուլյացիա (ՅՅՄԿ) Պրոկտոլոգիա: • հեմորոիդալ հանգույցների լազերային վապորիզացիա • պարարեկտալ ֆիստուլների բուժում • կոկիքսի կիստաների բուժում Լրակազմը պարունակում է՝ 1. Լազերային սարքավորում - առնվազն 1 հատ 2. Ուղիղ ճառագայթմամբ լուսատար 600մկմ, երկարությունը - առնվազն

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p> 3մ (ճառագայթման ուղիղ դուրս բերմամբ) - առնվազն 1 հատ 3. Ցիլինդրիկ դիֆուզորով լուսատար, флебологический «COUPLE» 2 մատանի - առնվազն 2 հատ 4. Բռնակ - առնվազն 3 հատ 5. Ուղքի անջատիչ - առնվազն 1 հատ 6. Պաշտպանիչ ակնոց - առնվազն 2 հատ 7. Карточка-визуализатор - առնվազն 1 հատ 8. Ստրիպեր - առնվազն 1 հատ 9. Բռնակ - մանրաթելային կտրող - առնվազն 1 հատ 10. Տեխնիկական փաստաթղթեր - առնվազն 1 հատ Սարքավորման տեղադրում Առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք: Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին: </p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{U}\text{N}\text{F}\text{C}\text{-}\text{E}\text{U}\text{X}\text{U}\text{N}\text{Q}\text{F}\text{-}2025/03$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |