

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-8-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	INFINITY/SUPER TORQUE/DC/Tempo	Cardinal Health / Cordis	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր ֆեմորալ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի պահանջվող չափերն են՝ 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr և 11Fr չափսի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի պահանջվող երկարություններն են՝ 23սմ, 35սմ, 45սմ, 55սմ, 90սմ, 0.035", 0.038" տրամագծով վայեր, կցված համակարգ եռուղիով (բուլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը $\pm 2\%$ ): Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու

			պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-8-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	INFINITY/SUPER TORQUE/DC/Tempo	Cardinal Health / Cordis	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր ֆեմորալ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի պահանջվող չափերն են՝ 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr և 11Fr չափսի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից ինտրոդյուսերի պահանջվող երկարություններն են՝ 23սմ, 35սմ, 45սմ, 55սմ, 90սմ, 0.035", 0.038" տրամագծով վայեր, կցված համակարգ եռուղիով (բոլոր չափսերի թուլյատրեյի տատանումը $\pm 2\%$ ): Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու

			<p>պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	--	--