

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի Contour Plus որոշման թեստ-երիզներ կամ համարժեքը*	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի Contour Plus որոշման թեստ-երիզներ կամ համարժեքը*	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի Contour Plus որոշման թեստ-երիզներ կամ համարժեքը*	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա	Contour Plus թեստ-երիզներ Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝ 1-0.6 մլլ Թեստ-երիզների ժամկետը՝ պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013 չափորոշիչների պահանջներին: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +0 մինչև +30 C: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է Եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:

				<p>Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 6300 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB (MicroB): Արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետի ապահովում, տուփը փակ է, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ և չորս կողմից տուփի վրա առկա է նույն պատկերը:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					