

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Polyester	RTMed	RTMed	SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող : Պատրաստված լինի ՊՈԼԻԷՍԹԵՐԻՑ: Մետրիկ չափը 3metric պայմանական չափը 2 Թելի երկարությունը 90cm:Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության ,բարձրորակ չժանգոտվող համաձուլվածքից,պատված լինի սիլիկոնե կրկնակի շերտով,որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով:

Համաձուլվածքի որակը չպետք է
զիջի AISI դասակարգումով 300
սերիայի համաձուլվածքների
որակին: Ասեղը պետք է ունենա
այնպիսի կառուցվածք /հատուկ
երկայնակի ակոսիկներ
ասեղնաբռնիչով բռնելու
մասում/, որի շնորհիվ
վստահելի ֆիքսվում է
ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող
35մմ -40մմ: Ստերիլ կարանյութով
ներքին ներդիրը պետք է
պարունակի մակնշում, որն
արձածում է կարանյութի
անվանումը, բաղադրությունը,
ապրանքային նշանը, արտադրողի
ապրանքանշանը, արտադրողի
անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի
պայմանական և մետրիկ
չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի
քանակը, ասեղի երկարությունը
, ասեղի տեսակը, կորությունը
, ասեղների
քանակը: պիտանելիության
ժամկետը, պահպանման
պայմանները: ISO13485 և CE կամ
FDA սերտիֆիկատների
առկայությունը պարտադիր է:
Համարժեք լինի RTMed korea կամ



B/BRAUN

				<p>уступать качеству сплавов серии 300 по классификации AISI. Игла должна иметь такую конструкцию /специальные продольные канавки в части захвата иглой/, благодаря которой она надежно фиксируется в игле. Прокалывание иглы 35 мм -40 мм. Внутренняя вставка со стерильным стежком должна содержать маркировку, на которой указаны название стежка, состав, товарный знак, торговая марка производителя, название производителя, код Матрицы, условный и метрический размер нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, тип иглы, кривизна, количество игл. срок годности, условия хранения. Наличие сертификатов ISO13485 и CE или FDA является обязательным. Эквивалентно RTMed korea или B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--