

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Polyglactin 910	RTMed	RTMed	Shandong Haidike Medical Products Co., LTD	Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված չներծծվող: Պատրաստված է պոլիէսթերից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերջի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 75սմ+-5սմ, Ասեղը պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման

				<p>նվազեցմանը և հեշտացում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղները ծակող, 26մմ-30մմ կրկնակի կորությունը 1/2 2*25մմ +-1մմ երկարությամբ տրամագիծը 0,68մմ: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձածում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցիայի կոդ , թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը , ասեղի տեսակը, կորությունը , ասեղների քանակը: պիտանելիության ժամկետը, պահպանման պայմանները: ISO13485 և CE կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է: Ընդունելի է RTMed korea կամ B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թոլվառի Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ԷԱԱՊՁԲ 2025-14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Polyglactin 910	RTMed	RTMed	Shandong Haidike Medical Products Co., LTD	Нить стерильная хирургическая, текстурированный не впитывающий.Изготовлен из полиэстера.Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для обеспечения наилучшей визуализации раны.Условный размер 2/0.Длина нити 75 см+ - 5 см, игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,покрыта двойным слоем силикона,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает прохождение иглы через

				<p>ткани.Качество сплава не должно уступать качеству сплава серии 300 по классификации AISI.Прокальвание игл, 26 мм-30 ммдвойная кривизна1/2 2*25 мм+-1 мм в длину диаметр 0,68 мм. Стерильный внутренняя вставка со строчкой должна содержать маркировку, на которой указаны название строчки, состав,товарный знак, торговая марка производителя,название производителя , код Матрицы,условный и метрический размер нити, цвет,длина, количество нитей ,длина иглы, тип иглы ,кривизна, количество игл.срок годности, условия хранения.Наличие сертификатов ISO13485 и CE или FDA является обязательным. Приемлемо для RTMed korea или B/BRAUN</p>
--	--	--	--	--