

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
111	--	--	--	--	<p>Ստերիլ վակուումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը՝ 2մլ չափսի: Փորձանոթի նյութը՝ PET :</p> <p>Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի</p>

					սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: Diurui BCC -3000B անալիզատորի համար
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
111	--	--	--	--	<p>Ստերիլ վակումային փորձանոթ արյուն վերցնելու համար: Հավելում՝ K3EDTA: Տարողությունը՝ 2մլ չափսի: Փորձանոթի նյութը՝ PET : Կափարիչի գույնը՝ մանուշակագույն: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75տոկոս , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի</p>

					սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: Diurui BCC -3000B անալիզատորի համար
--	--	--	--	--	---