

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻԶԸ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	"Թեստ-երիզներ Կոնտուր Պլուս "	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	115 շաքարաչափի սարքի համար Նախատեսված թեստ երիզ պերֆորմա Contour Plus Contour Plus ASCENSIA Diabetes Care Թեստ- երիզներ՝ Նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար (N50): Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան Նմուշի ծավալը՝0,6մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի

				միջակայքը՝ 0-70%: Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, պարտավոր ենք նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч17-ЕЦДЦ72Р-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					