

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի               |                     |                           |  |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը            | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 134                | "Թեստ-երիզներ<br>Կոնտուր Պլուս " | Contour Plus        | ASCENSIA Diabetes<br>Care | "Թեստ-երիզներ` նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար : Չափման ժամանակահատվածը` 5 վրկ: Չափման միջակայքը` 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան` 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան` 0-30°C: Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն` 10%-93%: Հեմատոկրիտի թուլյատրելի միջակայքը`0-70%: Գործառնական բարձրություն` ծովի մակարդակից մինչև 6301մ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում` անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | համակարգը համապատասխանում է եվրոպական<br>դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: " |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 134        |                        |               |                            |                            |