

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	ASO-lex	ASO-lex	ASO-lex	Delta Ltd	Հակաստրեպտոլիզին-Օ՝ որակական և քանակական որոշման թեստ: Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա սլայդ-թեստ: Ֆորմատ՝ 100թեստ կամ համարժեք:1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. ASO- lex ԱՍՕ-

					լատեքս, 40 թեստ՝ բաղկացած՝ R1-1*2մլ ԱՍՕ-լատեքս ռեագենտ, R2- 1*20մլ բուֆերային լուծույթ, R3-0,05մլ ԱՍՕ դրական կոնտրոլ, R4- ալաստիկ սլայդների թեստի համար բազմակի օգտագործման: Ճազման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: ForInVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУФРЧ-ЕДХДТЗР-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	ASO-lex	ASO-lex	ASO-lex	Delta Ltd	Հակասորեպտոլիզին-Օ՝ որակական և քանակական որոշման թեստ: Մեթոդ՝ լատեքսային ազյուտինացիա սլայդ-թեստ: Ֆորմատ՝ 100թեստ կամ համարժեք:1 հատը համարժեք է 1 թեսթի Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված պիտանելիության ժամկետի ավարտը:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն. Ֆիրմային նշանի առկայությունը. ASO- lex ԱՍՕ-

					լատեքս, 40 թեստ՝ բաղկացած՝ R1-1*2մլ ԱՍՕ-լատեքս ռեագենտ, R2- 1*20մլ բուֆերային լուծույթ, R3-0,05մլ ԱՍՕ դրական կոնտրոլ, R4- ալաստիկ սլայդների թեստի համար բազմակի օգտագործման: Ճազման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: ForInVitroDiagnosticonly
--	--	--	--	--	--