

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՅԹԲԵՐՐԻ»ՍՊԸ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 68 | BERRCOM | Ջերմաչափ Էլեկտրոնային մարմնի | Ջերմաչափ Էլեկտրոնային մարմնի | YANCHENG HUIDA MEDICAL | <p>Ջերմաչափ Էլեկտրոնային՝ նախատեսված անուբափոսերում ջերմաչափման և բերանով չափելու համար : Օգտագործողի ցանկությամբ չափումների արդյունքները կարող են ցուցադրվել Էկրանին և՛ Ցելսիուսի, և՛ Ֆարենհայթի ձևաչափերով, ձայնային ազդանշանով: Ջերմաչափման տիրույթ՝ առնվազն 32°C-42°C, ճշգրտությունը՝ ± 0.1°C: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: • Բերանով չափում՝ մոտավորապես 80 վայրկյան • Հետանցքային չափում՝</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | մոտավորապես 60 վայրկյան • Թևատակերի չափումը` մոտավորապես 2 թույլ Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАЙТБЕРРИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 68 | | | | | |