

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ	ՉԺՀ	ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1239-Ն որոշման. ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պ ահանջների համապատասխան: Այս աղյուսակը պարունակում է տպագիր տառերի տողեր (ընդհանուր 12 տող). ընդորում. տառերի չափը վերևից ներքև տողից տող փոքրանում է: Յուրաքանչյուր տողի ձախ կողմում նշված է այն D հեռավորությունը (մետրերով). որից նորմալ տեսողություն ունեցող անձը պետք է տեսնի դրանք (վերևի շարքի

համար՝ 50.0 մետր. ներքևի համար՝ 2.5 մ): Յուրաքանչյուր տողի աջ կողմում նշված է V մեծությունը(պայմանական միավորներով). դա 5 մետր հեռավորությունից տառերը կարդալու տեսողության սրությունն է (0.1. եթե աչքը տեսնում է միայն վերևի շարքը. 2.0. եթե տեսնում է ներքևի շարքը): Տեսողությունը համարվում է նորմալ (1.0). երբ մարդը յուրաքանչյուր աչքով 5 մետր հեռավորությունից տեսնում է տասներորդ տողը: Տառերի չափը որոշակի տողում հաշվարկելու համար (մոտ 1 միլիմետր սխալի դեպքում) անհրաժեշտ է ըստ -ի մեծության. բաժանել 7 միլիմետր սանդղակով: Այսպես. վերևի տողում տառերի չափը կլինի 70 միլիմետր ($V = 0.1$). իսկ ներքևում՝ 3.5 միլիմետր ($V = 2$): Մեկ այլ հեռավորությունից տեսողության սրության ուսումնասիրության ժամանակ (0.1-ից պակաս. եթե մարդը 5 մետրից չի ճանաչում վերևի շարքի տառերը) հետազոտվողանձին մոտեցնում են աղյուսակին և յուրաքանչյուր 0.5 մետրից հետո

				<p>հարցնում. մինչևևս ճիշտ կանվանի վերևի շարքի տառերը: Տեսողության սրության չափը հաշվում են հետևյալ բանաձևով.$V = d/D$. որտեղ՝V՝ տեսողության սրություն.՝ հեռավորությունը. որից կատարվում է հետազոտությունը.՝ հեռավորությունը. որի դեպքում նորմալ աչքը տեսնում է այս շարքը: Տպագրությունը պետք է կատարված լինի որակյալ նյութերով՝ ստուգման ժամանակ աչքի համար լրացուցիչ լարվածություն չստեղծելու նպատակով: Օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն բարձրորակ և մաշակայուն: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ : Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի. արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման. վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Црпѳѳ УѳС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ЦУ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					