

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2025-6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	BIL D+T	BIL D+T	BIL D+T	Delta Ltd	<p>Բիլիռուբին Bilirubin Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2:(100մլ) R3:(2.5մլ ) , որը նախատեսված է 50 թեսթի համար: Ընդհանուր —ուղղակի BIL DIRECT և BIL Total հավասար քանակությամբ բիլիռուբինի որոշման : (թեսթ-300թեսթ ` 1200մլ) ոչ պակաս : Հավաքածու / - Մեթոդ կոլորիմետրիկ ` DSA :</p> <p>Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ,պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածուկում թեստերի քանակը (օրինակ` ոչ պակաս քան 50թեստ և ոչ ավել քան 50 թեստ : Բիլիռուբին</p>

				<p>հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր:</p> <p>Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչ 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO9001:2008 IVD</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	BIL D+T	BIL D+T	BIL D+T	Delta Ltd	<p>Բիլիռուբին Bilirubin Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2:(100մլ) R3:(2.5մլ ) , որը նախատեսված է 50 թեսթի համար: Ընդհանուր —ուղղակի BIL DIRECT և BIL Total հավասար քանակությամբ բիլիռուբինի որոշման : (թեսթ-300թեսթ ` 1200մլ) ոչ պակաս : Հավաքածու / - Մեթոդ կոլորիմետրիկ ` DSA :</p> <p>Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ,պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածուկում թեստերի քանակը (օրինակ` ոչ պակաս քան 50թեստ և ոչ ավել քան 50 թեստ : Բիլիռուբին</p>

				<p>հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր:</p> <p>Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչ 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO9001:2008 IVD</p>
--	--	--	--	---