

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 2025-6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեսթ-երիզներ համատեղելի ` Control Plus շաքարաչափերի սարքի հետ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեսթ-երիզներ համատեղելի ` Control Plus շաքարաչափերի սարքի հետ	բժշկական այլ գործիքներ — պարագաներ արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեսթ-երիզներ համատեղելի ` Control Plus շաքարաչափերի սարքի հետ	Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան, ՌԻկրահիսա, Բելառուս	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի ` Control Plus շաքարաչափերի սարքի հետ: Այլ մոդելի (Accu-Chek, GlucoPLUS, Wellion Calla Light, ) առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն ` ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտների համապատասխանության վկայականներ: Տուվիում առկա

				<p>թեստ երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ - առավելագույնը -50 հատ:</p> <p>Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Տուփերը պետք է լինեն ամբողջական փակ, չվնասված:</p> <p>Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարք(եր)ը: Սույն տեխնիկական պայմաններում նշված նվիրաբերվող սարքերի կողմորոշիչ քանակները /առնվազն 11 սարք՝ աշխատող բժիշկների թվին համապատասխան</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
30					