ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար, 3 կանալային ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով Սրտագրությունը՝ անլար, 3 կամ ավել ներկառուցված էլեկտրոդների միջոցով Նմուշառման արագություն առնվազն 250 ն/վ ADC տարլուծումը առնվազն 16 բիթ Ամպլիտուդային թույլտվություն առնվազն 2,5 մկՎ Չափման միջակայքը 100 մՎ Հաճախականության արձագանքը առնվազն 0,1 (0,05) – 70 Հց միջակայքում Էլեկտրոդի միացման մոնիտորինգի գործառույթ Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601-2-47, EN

						60601-1-11 Արտահիվանդանոցային էլեկտրասրտագրական համակարգեր Տվյալների ձևաչափ առնվազն, MIT, ISHNE, EDF+ Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն ընթերցման սարքի SB ինտերֆեյս (USB – 2.0) Bluetooth ինտերֆեյս՝ Bluetooth 4.0 կամ ավել, Հաճախականության միայակայքը՝ 2400.0–2483.5 ՄՀց, Մոդուլյացիայի տեսակը՝ JRCK (PI/4DQPSK, 8DPSK), Առավելագույն ճառագայթվող հզորություն՝ 4 դԲմ (BT Class 2) Էլեկտրական առանձնահատկություններ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 1 Ալկալային մարտկոց, 1,5 Վ, AAAA չափս (Mini, LR61/E96) Գործողության ժամանակը առնվազն 9 օր/24ժ օրական մեկ մարտկոցով: LED ազդանշան մարտկոցի կարգավիճակը ցուցադրելու համար Տեխնիկական պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 30 գ Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի պատահական մուտքից՝ դասը առնվազն IP 54B Այլ պահանջներ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լրակազմում

					ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 15223-1, ISO 14971, EN 60601-1-2, EN 60601-1-47, EN 62304, CE 93/42/EEC կամ FDA: Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով	Անլար, 3 կանալային ԷՍԳ հոլտեր մոնիտոր ծրագրային ապահովումով Սրտագրությունը՝ անլար, 3 կամ ավել ներկառուցված էլեկտրոդների միջոցով Նմուշառման արագություն առնվազն 250 ն/վ ADC տարլուծումը առնվազն 16 բիթ Ամպլիտուդային թույլտվություն առնվազն 2,5 մկՎ Չափման միջակայքը 100 մՎ Հաճախականության արձագանքը առնվազն 0,1 (0,05) – 70 Հց միջակայքում Էլեկտրոդի միացման մոնիտորինգի գործառույթ Պարամետրերի ճշգրտությունը համաձայն EN 60601-2-47, EN

						60601-1-11 Արտահիվանդանոցային էլեկտրասրտագրական համակարգեր Տվյալների ձևաչափ առնվազն, MIT, ISHNE, EDF+ Ինտերֆեյսներ՝ առնվազն ընթերցման սարքի SB ինտերֆեյս (USB – 2.0) Bluetooth ինտերֆեյս՝ Bluetooth 4.0 կամ ավել, Հաճախականության միայակայքը՝ 2400.0–2483.5 ՄՀց, Մոդուլյացիայի տեսակը՝ JRCK (PI/4DQPSK, 8DPSK), Առավելագույն ճառագայթվող հզորություն՝ 4 դԲմ (BT Class 2) Էլեկտրական առանձնահատկություններ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում՝ 1 Ալկալային մարտկոց, 1,5 Վ, AAAA չափս (Mini, LR61/E96) Գործողության ժամանակը առնվազն 9 օր/24ժ օրական մեկ մարտկոցով: LED ազդանշան մարտկոցի կարգավիճակը ցուցադրելու համար Տեխնիկական պայմաններ՝ Քաշը ոչ ավել քան 30 գ Պաշտպանություն ջրի կամ նյութերի պատահական մուտքից՝ դասը առնվազն IP 54B Այլ պահանջներ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լրակազմում

					ներառի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները, այդ թվում՝ ծրագրային ապահովվում վերլուծության համար, օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, մատակարարում, տեղադրում և ուսուցում Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ ISO 13485, ISO 15223-1, ISO 14971, EN 60601-1-2, EN 60601-1-47, EN 62304, CE 93/42/EEC կամ FDA: Վճարումների ավարտից հետո սարքը սեփականության իրավունքով պատկանելու է Ապարանի Բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ին: