

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդմարկետ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակնաբուժական վիրաբուժական մանրադիտակ	Topcon Healthcare	OMS-800	Topcon Corporation	<p>Մանրադիտակի տեսակը - Գալիլեյան տիպի Օպտիկայի տեսակը - առնվազն` ապոքրոմատիկ, հակաբծային ծածկույթով Ավտոմատացված զուում - առնվազն` 1:5 խոշորացման Ֆակտորների անհրաժեշտ տիրույթ - առնվազն` 0.336-1.68 Ֆոկուսավորման տիրույթ - 60մմ Բինոկուլյար տուբուսի թեքման անհրաժեշտ տիրույթ - 45 - 90 աստիճան Օկուլյարներ - 12,5x Տեսադաշտի խոշորացումներ - 4.2/5/6/7/8/9/10/11/13/15/17/19/21 Տեսադաշտի խոշորացումներ</p>

փոփոխության տեսակը
-Էլեկտրական, շարունակական
Լուսավորման համակարգ -
կոաքսիալ, կարմիր ռեֆլեքսի
լուսավորում, ամբողջ դաշտի
լուսավորում՝ կարգավորվող
Լուսավորման տեսակը -
օպտիկամանրաթելային, բացառելով
օպտիկական գլխի տաքացումը և
հավելյալ լուսավորման
անհրաժեշտությունը
Օպտիկամանրաթելային լարի
երկարություն - 1000 մմ Ինտեգրված
լուսավորման բաժանիչ -
փոփոխական սպեկտրային
հարաբերակցությանը; Սպեկտրային
հարաբերակցությունը - 80% / 20%,
50% / 50% Ներկառուցված ֆիլտրեր
- դեղին, FAG ֆիլտրի
հնարավորություն Ասիստենտի
միկրոսկոպ - երեք անկախ
խոշորացմամբ Ասիստենտի
միկրոսկոպի դիտման անկյուն - 6
աստիճան Լուսավորման
փոխանցման տեսակ -
օպտիկամանրաթելային
Միկրոսկոպի գլխիկի
ավտոմատացված կարգավորում - x-
y առանցքներով Լուսավորման

				<p>օպտիկական համակարգ - եռակի լուսավորման համակարգ Լուսավորման անկյուն - $\pm 2^\circ + 4^\circ$ լույսի ինտենսիվության աստիճան 03, $+2^\circ + 4^\circ$ լույսի ինտենսիվության աստիճան 03, $\pm 2^\circ$ լույսի ինտենսիվության աստիճան 05 X-Y զուգավորում - 50մմ x 50 մմ Ֆոտոպիդեո տեսախցիկ - HD որակի Լրացուցիչ հնարավորություններ - դիստալ թևի երկարություն - 375 մմ Դիստալ թևի պտտման անկյուն - 300° Պրոքսիմալ թևի երկարություն - 990 մմ Պրոքսիմալ թևի պտտման անկյուն - 300° Պրոքսիմալ թևի վերտիկալ շարժ - 600 մմ Արգելակների տեսակը - Էլեկտրոնագնիսական Որակի հավաստագրեր - ISO 13485, EU Declaration of Conformity Մատակարարման պայմաններ - Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի տեղադրման պահից:: Սարքը պետք է, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					