

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լևոն Խառատյան-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Apple Dental | Apple Dental x ray | Apple Dental | Guangdong JINME MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | Խողովակի լարումը՝ 60-70 ԿՎ, հզորությունը՝ 50-60ՎԱ Հեռավորությունը պատյանից մինչև կոն՝ 130 -200 մմ խողովակի ֆոկուս՝ 0.3 ±2մմ * 0.3 ±2մմ, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 5°C~40°C : Քաշը՝ 2-3 կգ Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ազ ԼԼԸՆ ԽՈՒՈՒՅՈՒՄՆ Ի կազմակերպում է որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով USPԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկվող առարկայի:

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|--------------------|--------------|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Apple Dental | Apple Dental x ray | Apple Dental | Guangdong JINME MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | Խողովակի լարումը՝ 60-70 ԿՎ, հզորությունը՝ 50-60ՎԱ Հեռավորությունը պատյանից մինչև կոն՝ 130 -200 մմ խողովակի ֆոկուս՝ 0.3 ±2մմ * 0.3 ±2մմ, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 5°C~40°C : Քաշը՝ 2-3 կգ Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: |