

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Բիոտրոնիկ	Բիոտրոնիկ	Բիոտրոնիկ	<p>Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ռեսինքրոնիզացնող կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, երկփորոքանի, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորի տիպը IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-4/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Մեկ սրտային ցիկլի ժամանակ բազմակի իմպուլսներով ձախ փորոքի խթանման հնարավորություն: Պետք է ունենա էլեկտրոդի աղմուկի հայտնաբերման ֆունկցիա: Բարձր T առամիկի ճկուն և ճշգրիտ կարգավորման գերզգայուն համակարգ: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ նախասրտային էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ համատեղելի շոկային էլեկտրոդ, ձախ փորոքի խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ ՄՌՏ համատեղելի մեկ</p>

				<p>Էլեկտրոդ, երկու ինտրոդյուսեր, երկու առաքման համակարգ իր պարագաներով: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԵՐՔ ՍԿՐԻՔ ՍԵՆՏԻՐԼ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Biotronik	Biotronik	Biotronik	Имплантируемый трехкамерный/ресинхронизатор кардиовертер-дефибриллятор, двухжелудочный, МРТ совместимость не менее 1,5 тесла. Тип коннектора:IS-1/IS-1/DF-1; IS-1/IS-4/DF-1; IS-1/IS-1/DF-4; IS-1/IS-4/DF-4: Способность стимулировать левый желудочек несколькими импульсами в течение одного сердечного цикла. Должна иметь функцию обнаружения шума электрода. Высокочувствительная и точная система регулировки для Т зубчика. функция антитохикардиальной стимуляции.Режимы работы:DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает в себя один МРТ совместимый предсердечный электрод октивной фиксации, один МРТ совместимый шоковый электрод, один МРТ совместимый четырехполярный/двухполярный

				<p>электрод стимуляции левого желудочка, два интрадусера и две системы доставки с принадлежностями. Должен быть применимо с програматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, представленные производителем.</p>
--	--	--	--	--