

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
97	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Performa	Roche Diabetes Care	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեսթ երիզ, համատեղելի Accu- Chek շաքարաչափերի հետ: Նախատեսված փակ համակարգի համար նմուշի տեսակը մազանոթային արյուն: Չափման մեթոդը Էլեկտրոդիմիական, չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ: Չափման ժամանակահատվածը 15 վրկ: Արյան ծավալը ոչ ավել քան 0.6մկլ: Հեմատոկրիտիթուլյատրելի միջակայքը` 10-65% Կալիբրացիա` համակարգը կալիբրավորված է ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսեոկինազային մեթոդի վրա:: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 %ի առկայություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УРЧ-ЕЦДЦПЗР-2025/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
97				