

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՎՕԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 38 | PDS | RTMed | RTMed | SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Մետրիկ չափը 3.5 metric, պայմանական չափը 0: Թելի երկարությունը 90 cm: Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 35-45մմ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Երկարությամբ: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների անկայությունը պարտադիր է: Ընդունելի է RTMed կամ BBraun: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թղվառի Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4094-ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/03
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|--|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 38 | PDS | RTMed | RTMed | SHANDONG HAIDIKE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է պոլիդիօքսանոն պոլիմերից: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 4 շաբաթից 70%±3%, 6 շաբաթից 50%±2%, 8 շաբաթից 20%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 180-210 օր: Մետրիկ չափը 3.5 metric, պայմանական չափը 0: Թելի երկարությունը 90 cm: Ասեղը ծակող, 1/2 կորության, 35-45մմ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Երկարությամբ: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների անկայությունը պարտադիր է: Ընդունելի է RTMed կամ BBraun: |
|--|--|--|--|---|