

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աշոտ Չուռնաչյան Գառնիկի ԱԶ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-28/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ժենգժոու Բեստ Փեար Մեդիքալ Իքվիփմենթ	ԲՓՄ	ԲՓՄ-ՈԻՖ02	Ժենգժոու Բեստ Փեար Մեդիքալ Իքվիփմենթ	Ուրոֆլուումետր, ապարատը պարամետրերը չափում է և հաշվետվությունը տպում է ավտոմատ կերպով: Ունի տվյալների պահպանման հնարավորություն: Դատարկման ծավալի չափման միջակայքը 0-1000մլ, դատարկման ժամանակի չափման միջակայքը 0-300 վայրկյան, մեզի հոսքի արագության չափման միջակայքը 0-50մլ/վ, սնուցումը 200Կ, 50Հց: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար՝

				աթոռ, ծրագրային ապահովում և այլն: Սարքը նոր է, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի ռուսերեն ձեռնարկ: Ապահովվում ենք սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը կկատարվի բժշկական կենտրոնում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիք տրվում է 12 ամիս ժամկետով: Վկայագրեր և ստանդարտներ ISO-13485, CE:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АШОТ ЗУРНАЧЯН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-28/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Женгжоу Бест Пеар Медикл Еквипмент	БПМ	БПМ-ЮФ02	Женгжоу Бест Пеар Медикл Еквипмент	прикрепленный файл