

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-28/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	spirolab colour spirometer	spirolab colour spirometer	ախտորոշման սարքեր	spirolab colour spirometer	Թոքերի ֆունկցիայի թեստերի վերլուծիչ / սպիրոմետր՝ հիվանդների մոտ թոքերի ֆունկցիայի հետ կապված պարամետրերը ուսումնասիրելու համար: Չափման պարամետրեր. (ոչ պակաս քան) Ուժեղացված կենսական թոքերի ծավալը՝ (FVC)՝ FVC, FEV1, PEF, (FEV1 / FVC), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEV1 / VC, FEV6, FEV1 / FEV6, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC, PIF, MVV Կենսական ծավալը՝ (VC / SVC). VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot Առավելագույն

օդափոխման ծավալը (MVV)՝ MVV  
Ծավալի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան  
 $\pm 10$ լ Ծավալի ճշգրտությունը՝ ոչ  
ավելի քան  $\pm 3\%$  Հոսքի միջակայքը՝  
ոչ պակաս քան  $\pm 15$  ր /վ Հոսքի  
ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան  $\pm 5\%$   
Ոչ պակաս, քան 7 "գունավոր LCD  
սենսորային էկրանի առկայություն,  
կոճակները կարող են աշխատել  
սենսորային էկրանի հետ միասին  
էկրանը պետք է ցույց տա իրական  
ժամանակում շնչառության արագ  
ձևը. ոչ պակաս քան հոսքի-ծավալի  
օդակ և ծավալ-ժամանակի կորի  
գծապատկեր Ներկառուցված  
ջերմային տպիչի առկայություն  
Ավտոմատ ուղղման գործառույթի  
առկայություն, այն պետք է  
փոխհատուցի շրջակա միջավայրի  
տարբերությունների ազդեցությունը  
Փորձարկման ժամանակի և շրջակա  
միջավայրի ջերմաստիճանի  
ցուցադրում Ստուգաչափման  
գործառույթի առկայություն, որը  
կապահովի չափման ճշգրտությունը  
Տվյալների պահեստի առկայություն  
Թոքերի տարիքի գնահատման  
գործառույթի առկայություն  
Ներկառուցված մարտկոցի

առկայությունն Էլեկտրասնուցումը՝  
220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմը պետք է  
ներառի բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ պարագաները, որոնք  
անհրաժեշտ են լիարժեք  
գործունեության համար՝ քթի  
փակիչ, բերանի շնչափող (ոչ  
պակաս քան 10 հատ  
մեծահասակների և 10 հատ  
երեխաների համար), USB մալուխ,  
տպագրման թուղթ և այլն: Սարքը  
պետք է լինի նոր, չօգտագործված,  
փակ գործարանային տուփով,  
օգտագործողի հայերեն կամ  
ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը  
պետք է ապահովի սարքավորման  
անվնաս տեղափոխումը,  
տեղադրումը: Աշխատանքային  
ռեժիմի բերումը, գործարկումը  
պետք է կատարվի բժշկական  
կենտրոնի տարածքում՝  
պատվիրատուի ներկայացուցչի  
ներկայությամբ: Տեղադրումը,  
ուսուցումը և երաշխիքային  
ժամկետի ընթացքում տեխնիկական  
սպասարկման աշխատանքներ՝  
սերտիֆիկացված մասնագետի  
կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան  
24 ամիս: Որակի վկայականներ

					(առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք: CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-28/25  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					