

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Zenitex	Asahi Intecc	<p>"Ուղղորդիչ կաթետրը նախատեսված է 100-110 սմ աշխատանքային երկարության համար՝ չափսերով 5-8 Fr: Կաթետրի պատրաստման նյութերը ներառում են արտաքին շերտը նեյլոնից, միջին մասը երկշերտանի հյուսապատումով և ներքին շերտը PTFE (պոլիտետրաֆթորեթիլեն): Կաթետրի ծայրը ռենտգենկոնտրաստ է և ատրավմատիկ՝ համատեղելի 0.038" տրամաչափի ուղղորդիչ լարի հետ: Կաթետրի տեսակների թվում են՝ JL3.5, JL3.5SH, JL3.5ST, JL3.5STSH, JL4.0, JL4.5, JR3.5, JR3.5SH, JR4.0, JR4.0SH, AL0.75, AL0.75SH, AL1.0, AL1.0SH, AL1.5, AL1.5SH, AL2, AL2SH, SAL0.75, SAL1.0SH, SAL1.5, AR1.0, AR2.0, PB3.0, PB3.0SH, PB3.5, PB3.5SH, PB4.0, PB4.0SH, SPB3.0, SPB3.0SH, RB0.75, RB1.0, SC3.5, SC4.0, HS01, HS02, IM, IMSH, MP01, MP01SH, MP02, MP02SH: Սարքավորումը համապատասխանում է CE որակի սերտիֆիկատին՝ ապահովելով բարձր որակ և անվտանգությունն օգտագործման ժամանակ: Կաթետրի կառուցվածքը նախատեսված է տարբեր բժշկական միջամտությունների համար՝ ապահովելով ճկունություն և հուսալիություն համապատասխան պայմաններում:"</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
22	Zenitex	Asahi Intecc	<p>"Ուղղորդիչ կաթետրը նախատեսված է 100-110 սմ աշխատանքային երկարության համար՝ չափսերով 5-8 Fr: Կաթետրի պատրաստման նյութերը ներառում են արտաքին շերտը նեյլոնից, միջին մասը երկշերտանի հյուսապատումով և ներքին շերտը PTFE (պոլիտետրաֆթորէթիլեն):</p> <p>Կաթետրի ծայրը ռենտգենկոնտրաստ է և ատրավմատիկ՝ համատեղելի 0.038" տրամաչափի ուղղորդիչ լարի հետ: Կաթետրի տեսակների թվում են՝ JL3.5, JL3.5SH, JL3.5ST, JL3.5STSH, JL4.0, JL4.5, JR3.5, JR3.5SH, JR4.0, JR4.0SH, AL0.75, AL0.75SH, AL1.0, AL1.0SH, AL1.5, AL1.5SH, AL2, AL2SH, SAL0.75, SAL1.0SH, SAL1.5, AR1.0, AR2.0, PB3.0, PB3.0SH, PB3.5, PB3.5SH, PB4.0, PB4.0SH, SPB3.0, SPB3.0SH, RB0.75, RB1.0, SC3.5, SC4.0, HS01, HS02, IM, IMSH, MP01, MP01SH, MP02, MP02SH: Սարքավորումը համապատասխանում է CE որակի սերտիֆիկատին՝ ապահովելով բարձր որակ և անվտանգություն օգտագործման ժամանակ: Կաթետրի կառուցվածքը նախատեսված է տարբեր բժշկական միջամտությունների համար՝ ապահովելով ճկունություն և հուսալիություն համապատասխան պայմաններում:"</p>

