

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գենետիկական փորձագիտական կենտրոն ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
102	--	--	<p>Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով մինչև 20մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավվող, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն:</p> <p>Բաժանումը` 0.1մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 2.50\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 2.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$: Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.8\%$: CE սերտիֆիկատի առկայություն:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գենետիկական փորձագիտական կենտրոնն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
102	--	--	Ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալով մինչև 20մկլ, 121°C ջերմաստիճանում ավտոկլավվող, ծայրակալները հեռացնող համակարգի, երկարության կարգավորման հնարավորությամբ: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն: Բաժանումը՝ 0.1մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy) նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 2.50\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 2.0\%$, առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$: Ճշգրտությունը (imprecision) նվազագույն ծավալի դեպքում $\pm 1.50\%$; միջին ծավալի դեպքում $\pm 1.0\%$; առավելագույն ծավալի դեպքում $\pm 0.8\%$: CE սերտիֆիկատի առկայություն: