

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ВЕСНА УПВА-5 կամ Аквалаб	ООО “ЛЕНВЕСТОРГ” կամ Медиана-Фильтр	<p>Նպատակ և կիրառություն Անալիտիկ ջրի արտադրության համակարգը նախատեսված է I և II տիպի ջրի պատրաստման համար: Համակարգը կիրառելի է դեղատներում, հիվանդանոցներում, լաբորատորիաներում և այլ հաստատություններում, որտեղ պահանջվում է բարձրորակ ջուր:</p> <p>Տեխնիկական բնութագրեր • Արտադրվող ջրի որակ: Ունի ISO 3696:1987 , CE կամ համարժեք և FS.2.2.0019.18 (Ներարկումների համար ջուր) ստանդարտներին համապատասխանություն: •</p> <p>Էլեկտրահաղորդականություն: Համաձայն ՀՀ-ում գործող ստանդարտների: • Արտադրվող ջրի ջերմաստիճան: Չի գերազանցում 25°C: •</p> <p>Արտադրողականություն: o I տիպի ջուր` 5.0 լ/ժ (±10%): o II տիպի ջուր` 5.0 լ/ժ (±10%): • Էլեկտրասնուցում: Մեկփուլային փոփոխական հոսանք, 50 Հց, 220 Վ (±10%): • Էներգիայի սպառում: Առավելագույնը 3.6 կՎտ: •</p> <p>Սկզբնական ջրի ծախս: Առնվազն 40 լ/ժ: • Չափսեր (Ե×Լ×Բ): 670×470×490 մմ ±20%: • Քաշ: Առավելագույնը 40 կգ: • Կառուցվածք: Սեղանի վրա տեղադրվող` կարգավորվող հենարաններով: • Երաշխիքային ժամկետ: 12</p>

ամիս գործարկման պահից սկսած: • Ջեռուցման տարրեր: Չժանգոտվող պողպատից, առնվազն 3.5 կՎտ, 220 Վ: • Ռադիոնուկլիդների հեռացման գործակից: Ոչ պակաս քան 4000: • Ծառայության ժամկետ: Ոչ պակաս քան 5 տարի: • Դիստիլյատորի սառեցուցիչ: Ներկառուցված: Հատուկ առանձնահատկություններ • Գոլորշու և դիստիլյացված ջրի հետ շփվող մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից առնվազն 12X18H10T մակնշման և այլ նյութերից, որոնք չեն ազդում ջրի որակի վրա: • Պաշտպանական պանելներ՝ կանխելու անձնակազմի շփումը տաք մասերի հետ: • Ներկառուցված կառավարման բլոկ: • Ներկառուցված դիստիլյատորի սառեցուցիչ: • Ներառում է պահեստային ջեռուցիչ, սկզբնական ջրի մատակարարման խողովակներ և լրացուցիչ նախաֆիլտրեր: • Էլեկտրական ջեռուցիչների ավտոմատ անջատում՝ ջրի մատակարարման դադարեցման կամ գոլորշիացման խցիկում ջրի մակարդակի նվազման դեպքում: • Ջրի մակարդակի ավտոմատ պահպանություն գոլորշիացման համար: • Եռաստիճան մաքրման համակարգ՝ 1. Նախնական ֆիլտրում (նախաֆիլտրեր): 2. Հակադարձ օսմոս: 3. Դիստիլյացիա և դեիոնիզացիա: • Բազմաստիճան մաքրման համակարգ՝ 1 տիպի ջրի ստացման համար՝ հատուկ լաբորատոր մեթոդների համար: • Աշխատում է ծորակային ջրից: • Ջրի որակի վերահսկում իրական ժամանակում: • Արտադրված ջրի ռեցերկուլյացիա: Մատակարարը իրականացնում է համակարգի ամբողջական տեղադրում, կիրառման ուսուցում անձնակազմին: Տրամադրում է սպառվող նյութերի և դետալների առնվազն 2 լրակազմ, համակարգի շահագործման համար պահանջվող բոլոր պայմանները: Համակարգը ամբողջովին նոր է և գործարանային փաթեթավորմամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-25/57
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			