

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-10-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Johnson&Johnson Ethicon Endo Prolene	Johnson&Johnson	Թել պոլիպրոպիլեն N2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 29-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-10-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Johnson&Johnson Ethicon Endo Prolene	Johnson&Johnson	Թել պոլիպրոպիլեն N2/0, ծակող ասեղով, ստերիլ: Ասեղը բարձր որակի չժանգոտվող մետաղից՝ 29-30 մմ, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 75 սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ): Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: