

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ճկուն Էնդոսկոպի համակարգ	Seesheen	GQ1029	Seesheen Endoscopy	Ճկուն Էնդոսկոպ՝ նախատեսված կոկորդի, քթի և բերանի խոռոչի հետազոտման, դժվար ինտուբացիայի համար: Աշխատանքային մեթոդը CMOS Chip on tip տեխնոլոգիայով, LED լուսավորության աղբյուրով, լուսավորությունը առնվազն 10000 լյուքս: Վիդեո գրանցման և ցուցադրման համակարգ մոնիտորով, արտաքին մոնիտորի միացման հնարավորությունով, ելքերը առնվազն CVBS, HMDI, տեսաձայնագրման և ֆոտո հնարավորությունով: Տեսանյութերի

						և լուսանկարների իրական ժամանակի նվազարկում: Իրական ժամանակի դիտարկման և ձայնագրման գործառույթ: Ներկառուցված լիցքավորվող մարտկոցով: Սպիտակ հավասարակշռության գործառույթ: Պայծառության կարգավորում՝ երեք մակարդակ: Գունային պարամետրերի ճշգրտում: Ներկառուցված մոնիտորը առնվազն 10 դյույմ, հպումային կառավարմամբ, թողունակությունը առնվազն 1280*800 պիքսել: Ապահովված է արտաքին հիշողության քարտով, հիշողության ծավալը՝ ոչ պակաս քան 64 ԳԲ: Դիտման անկյունը 0 աստիճան, տեսադաշտը առնվազն 90 աստիճան, կիզակետային հեռավորությունը առնվազն 3-50մմ տիրույթում կամ ավել, ճկուն մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 2,2մմ, կառավարման առնվազն 3 կոճակով: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 300մմ, ընդհանուր երկարությունը ոչ ավել քան 520մմ, թեքման անկյունները առնվազն՝ վերև 150/ներքև 130 աստիճան:
--	--	--	--	--	--	---

					Քաշը ոչ ավել քան 300գ: Պաշտպանության դասը առնվազն IPX7: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ CE MDD93/42/EEC կամ FDA, ISO 13485:2012, ISO 8600:2012, IEC 60601-2-18, IEC60601-1-2,
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UY9F4-EDXU72P-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ճկուն Էնդոսկոպի համակարգ	Seesheen	GQ1029	Seesheen Endoscopy	Ճկուն Էնդոսկոպ՝ նախատեսված կոկորդի, քթի և բերանի խոռոչի հետազոտման, դժվար ինտուբացիայի համար: Աշխատանքային մեթոդը CMOS Chip on tip տեխնոլոգիայով, LED լուսավորության աղբյուրով, լուսավորությունը առնվազն 10000 լյուքս: Վիդեո գրանցման և ցուցադրման համակարգ մոնիտորով, արտաքին մոնիտորի միացման հնարավորությունով, ելքերը առնվազն CVBS, HMDI, տեսաձայնագրման և ֆոտո հնարավորությունով: Տեսանյութերի

						և լուսանկարների իրական ժամանակի նվազարկում: Իրական ժամանակի դիտարկման և ձայնագրման գործառույթ: Ներկառուցված լիցքավորվող մարտկոցով: Սպիտակ հավասարակշռության գործառույթ: Պայծառության կարգավորում՝ երեք մակարդակ: Գունային պարամետրերի ճշգրտում: Ներկառուցված մոնիտորը առնվազն 10 դյույմ, հպումային կառավարմամբ, թողունակությունը առնվազն 1280*800 պիքսել: Ապահովված է արտաքին հիշողության քարտով, հիշողության ծավալը՝ ոչ պակաս քան 64 ԳԲ: Դիտման անկյունը 0 աստիճան, տեսադաշտը առնվազն 90 աստիճան, կիզակետային հեռավորությունը առնվազն 3-50մմ տիրույթում կամ ավել, ճկուն մասի տրամագիծը ոչ ավել քան 2,2մմ, կառավարման առնվազն 3 կոճակով: Աշխատանքային երկարությունը ոչ պակաս քան 300մմ, ընդհանուր երկարությունը ոչ ավել քան 520մմ, թեքման անկյունները առնվազն՝ վերև 150/ներքև 130 աստիճան:
--	--	--	--	--	--	---

					Քաշը ոչ ավել քան 300գ: Պաշտպանության դասը առնվազն IPX7: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում: Որակի և համապատասխանության սերտիֆիկատների առկայություն առնվազն՝ CE MDD93/42/EEC կամ FDA, ISO 13485:2012, ISO 8600:2012, IEC 60601-2-18, IEC60601-1-2,
--	--	--	--	--	--