

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                             | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                  | DPMMED                | DPMMED              | SP3     | Changsha DeepMed<br>Medical Technology<br>Co., Ltd | Ներարկիչի պարենտերալ<br>ինֆուզիաների դրայվեր՝<br>հիվանդասենյակներում,<br>վիրահատարաններում, ինտենսիվ<br>թերապիայի սրահներում և հիվանդի<br>տեղափոխման ժամանակ Մեկ<br>կանալանի և այն կարող է ընդունել<br>մինչև 60cc ներարկիչ: Սարքի<br>աշխատունակության<br>ինքնաստուգում սարքի միացումից<br>անմիջապես հետո, սխալի<br>առկայության դեպքում սարքը<br>տալիս է ծայնային ազդանշան:<br>Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝<br>ABS պատյան |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | (հարվածադիմացկուն): Հոսքի արագությունը՝ 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում : Հոսքի արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ: Ներարկման ընդհանուր ծավալը՝ 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում ժամանակի լիմիտը՝ 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում<br>Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)՝ 5 ից 60 մլ, Ճշգրտություն (նախատեսված ներարկիչներ)՝ $\pm 2\%$ խցանման ճնշումը՝ կարգավորելի KVO՝ կարգավորելի է՝ 1 մլ/ժամից մինչև 10 մլ/ժամ, Բոլուս՝ կարգավորելի 0,1-ից 2000 մլ / ժամ տիրույթում<br>Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս է հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված է, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն<br>Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF)<br>Պաշտպանություն<br>Էլեկտրական հարումներից (II դասի սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>RS232C Էլեկտրականություն -<br/> Էլեկտրական II դաս , Ներքին<br/> լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով<br/> աշխատանքը երեք ժամ 5 մլ / ժամ<br/> դեպքում Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց<br/> Լրակազմ և պարագաներ<br/> Տեղադրում և մեկնարկ<br/> Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/> Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/> Սարքավորումը նոր է,<br/> չօգտագործված Լրակազմում<br/> ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/> լրացուցիչ սարքերը և<br/> պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/> են լիարժեք գործունեության համար<br/> Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի<br/> վկայականներ (առկայություն)<br/> ISO13485, CE Mark (Directive<br/> 93/42/EEC)</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 4          |                           |               |       |                               |                            |