

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	շարունակություն SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք` 1-100%, Ահագանգի միջակայք` 40-100% , Թողունակությունը` 1 %, Ճշգրտությունը` 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք` մոտ 1 վրկ. , Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ., Չարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք` 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը` 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն` ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման

և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը ` դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄՕ , Իմպենդանսի չափման միջակայքը` 0.3-5.0Օ Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը` 0-2.5Օ, Թողունակություն` 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: 0-120 rpm , Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը` 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն` ± 2 շնչ/րոպե , Ապնոե ահագանգ ` 10-40 S Ձերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք` 0-50°C, թողունակություն` 0.1°C , Ճշգրտությունը` ±0.1°C Ակտուալացման ժամանակահատվածը` մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը` <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար ,

				<p>NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղաբեր ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցում է մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/39 ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրում առկա ապրանքի մասնակցությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	Պացիենտի մոնիտոր	<p>շարունակական SpO2 Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) , Չափման միջակայք՝ 1-100%, Ահագանգի միջակայք՝ 40-100% , Թողունակությունը՝ 1 % , Ճշգրտությունը՝ 70% -100% ± 2% 1%-69% ±5, Ակտուալիզացման միջակայք՝ մոտ 1 վրկ. , Չարթուցիչի հետաձգում. 10 վրկ.,</p> <p>Չարկերակային արագություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք՝ 30-250 բաբախ/րոպե Թողունակությունը՝ 1 բաբախ/րոպե, ճշգրտություն՝ ± 2 բաբախ/րոպե Շնչառություն (Respiration) Չափման</p>

և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան), Մեթոդը ` դիմադրություն R-F (RA-LL) միջև Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն.> 2.5 ՄՕ , Իմպենդանսի չափման միջակայքը` 0.3-5.0Օ Իմպենդանսի հիմնական գծի միջակայքը` 0-2.5Օ, Թողունակություն` 0.3-2.5 Հց Շնչառության հաճախություն - Չափման և ազդանշանային միջակայք - Adult: 0-120 rpm , Neo/Ped: 0 -150 rpm Թողունակությունը` 1 շնչ/րոպե, Ճշգրտություն` ± 2 շնչ/րոպե , Ապնոե ահագանգ ` 10-40 S Ձերմաստիճան Չափման և ազդանշանային միջակայք (ոչ պակաս քան) -2 կանալ Չափման և ազդանշանային միջակայք` 0-50°C, թողունակություն` 0.1°C , Ճշգրտությունը` ±0.1°C Ակտուալացման ժամանակահատվածը` մոտ 1 վրկ , Միջին ժամանակի հաստատունը` <10 վրկ. Պարագաներ Մեկանգամյա Էլեկտրոդի մալուխ (3 կամ 5 լարանի) , NIBP ճարմանդներ մեծահասակների համար , NIBP ճարմանդներ երեխաների համար ,

				<p>NIBP ճարմանդներ նորածինների համար , Խողովակ NIBP- ի ճարմանդների համար , Էլեկտրական լար , Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) , SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման մեծահասակների համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---