

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ անկյունագիծը ոչ պակաս քան 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4,6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Ձգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և

Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մմ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ ոչ պակաս քան 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի;

Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա; Էլեկտրոսուլցումը՝ 220 Վ / 50 Հց;;

Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2

				<p>թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր , չօգտագործված;</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս 12 ամիս;</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	Էլեկտրասրտագրման սարքեր	ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ անկյունագիծը ոչ պակաս քան 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4,6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Ձգայունություն, մմ / մվ` ոչ պակաս քան 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և

Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լինոն ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մմ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ ոչ պակաս քան 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի;

Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց;;

Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ EUS գել; 5. 2

				<p>թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր , չօգտագործված;</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս 12 ամիս;</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք</p>
--	--	--	--	---