

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԹԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	թեստ ստրիպ	թեստ ստրիպ	թեստ ստրիպ	Խոֆման ԼՅԱ ՌՈՇ	Արյան մեջ գլյուկոզայի ախտորոշման թեստ ստրիպաին համակարգ՝ Նախատեսված ակու- չեկ պերֆորմա սարքի համար: Նախատեսված փակ համակարգի համար: Չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: Չափման նվազագույն միջակայք՝ 1.1մմոլ/լ -33.3 մմոլ/լ: Չափման Ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս քան 15 վրկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության Ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության Ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝

					75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 094-ЕЦДЦ72Р-2025/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43					