

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-32/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էլեկտրավիրաբուժ ական սարք	Էլեկտրավիրաբուժ ական սարք	Էլեկտրավիրաբուժ ական սարք	Էլեկտրավիրաբուժ ական սարք	Էլեկտրավիրաբուժական սարք, սարքը պետք է ապահովվի առնվազն հետևյալ ֆունկցիաները՝ մոնոպոլյար և բիպոլյար Էլեկտրակոագուլյացիա, աբլացիա, անոթների հատում: Պետք է հնարավորություն ունենա միացնելու արգոն պլազմային մոդուլ, առնվազն 5 աշխատանքային ռեժիմ կտրման ռեժիմում առնվազն 5 աշխատանքային ռեժիմ կոագուլյացիայի ռեժիմում առնվազն 2 բիպոլյար ռեժիմ առնվազն 2 ռեժիմ անոթների լիգացիայի համար առնվազն 2 արյացիայի ռեժիմ

բիպոլյար ռեժիմի auto start/auto stop հնարավորություն:
Հնարավորություն ունենա կիրառել Էներգետիկ պոլիպեկտոմիայի, պապիլոտոմիայի և ERCP-ի ժամանակ: Սարքավորումը պետք է հնարավորություն ունենա օգտագործել արյունատար անոթների լիգացիայի համար Մոնոպոլյան կտրում - առնվազն 360 Կտ, Մոնոպոլյար կոագուլյացիա - առնվազն 200 Կտ Բիպոլյար կտրում-առնվազն 120Կտ, Բիպոլյար կոագուլյացիա-առնվազն 120Կտ Մուտքային հաճախականությունը՝ 50~60Հց, Քաշը՝ ոչ ավել 10կգ Չափսերը՝ առնվազն 40×48×16սմ Անվտանգություն՝ Համաձայն IEC601-1 (2005), IEC601-2-2 (2006) Արդյունքի տեսակը՝ CF Չեզոք Էլեկտրոդ Պաշտպանության դաս՝ I սարքավորումը մատակարարվում է անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, որոնք բազմակի օգտագործման են Լրակազմում պետք է առկա լինի նաև անոթների լիգացիայի համար գործիք, 1 հատ: Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով,

				<p>օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՄՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-32/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էլեկտրավիրաբուժական սարք	Էլեկտրավիրաբուժական սարք	Էլեկտրավիրաբուժական սարք	Էլեկտրավիրաբուժական սարք	<p>Էլեկտրավիրաբուժական սարք, սարքը պետք է ապահովվի առնվազն հետևյալ ֆուկցիաները՝ մոնոպոլյար և բիպոլյար էլեկտրակոագուլյացիա, աբլացիա, անոթների հատում: Պետք է հնարավորություն ունենա միացնելու արգոն պլազմային մոդուլ, առնվազն 5 աշխատանքային ռեժիմ կտրման ռեժիմում առնվազն 5 աշխատանքային ռեժիմ կոագուլյացիայի ռեժիմում առնվազն 2 բիպոլյար ռեժիմ առնվազն 2 ռեժիմ անոթների լիգացիայի համար առնվազն 2 արյացիայի ռեժիմ</p>

բիպոլյար ռեժիմի auto start/auto stop հնարավորություն:
Հնարավորություն ունենա կիրառել
Էներգետիկ պոլիպեկտոմիայի,
պապիլոտոմիայի և ERCP-ի
ժամանակ: Սարքավորումը պետք է
հնարավորություն ունենա
օգտագործել արյունատար
անոթների լիգացիայի համար
Մոնոպոլյան կտրում - առնվազն 360
Վտ, Մոնոպոլյար կոագուլյացիա -
առնվազն 200 Վտ Բիպոլյար
կտրում-առնվազն 120Վտ, Բիպոլյար
կոագուլյացիա-առնվազն 120Վտ
Մուտքային հաճախականությունը՝
50~60Հց, Քաշը՝ ոչ ավել 10կգ
Չափսերը՝ առնվազն 40×48×16սմ
Անվտանգություն՝ Համաձայն
IEC601-1 (2005), IEC601-2-2 (2006)
Արդյունքի տեսակը՝ CF Չեզոք
Էլեկտրոդ Պաշտպանության դաս՝ I
սարքավորումը մատակարարվում է
անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով,
որոնք բազմակի օգտագործման են
Լրակազմում պետք է առկա լինի
նաև անոթների լիգացիայի համար
գործիք, 1 հատ: Սարքը պետք է լինի
նոր, չօգտագործված, փակ
գործարանային տուփով,

				<p>օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկ: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը: Աշխատանքային ռեժիմի բերումը, գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	--