

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	ԷՍԳ 3 կանալ	ԷՍԳ 3 կանալ	ԷՍԳ 3 կանալ	ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի: Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ, LCD դիսփլեյ անկյունագիծը 7": Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ: Ձայնագրման ռեժիմով: Չգայունություն, մմ / մվ՝ 5,10, 20: Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ: Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ: Ձայնագրող թուղթ՝ 80մմ x 20մ: Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ 12.5 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի: Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց: Մարտկոցի գործարկման ժամանակը 90 րոպե: Միացման ձևը՝ ստանդարտ: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց: Անգլերեն մենյուի առկայություն: Աքսեսուարներ՝ հիվանդի մալուխ, կրծքավանդակի վերջույթների 6 Էլեկտրոդ, վերջույթների Էլեկտրոդներ, 30 թղթի

				փաթույթ: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս: Առաջարկի արժեքի ներառված է՝ տեղադրումը, կարգաբերումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակների ծանոթացնելը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդյուկտըրը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EԱՃԱՊԶԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
82	ԷՍԳ 3 Կանալ	ԷՍԳ 3 Կանալ	ԷՍԳ 3 Կանալ	"Портативная 3-канальная ЭКГ. Запись результатов ЭКГ. 12 стандартных выходов, ЖК-дисплей диагональю 7 дюймов.Изменение отведений. ручное и автоматическое.В режиме записи. Чувствительность, мм/мс: 5, 10, 20. Ограничение частоты, Гц диагностика; Способ записи: термобумага. Чувствительность, мм/мс: 5, 10, 20. Ограничение частоты, Гц диагностика; Способ записи: термобумага. Бумага для записи: 80 мм x 20 м. Скорость записи мм/с: 12,5/25/50 по выбору пользователя. Внутренняя аккумуляторная батарея. Время автономной работы составляет 90 минут. Форма подключения: стандартная. Электропитание: 220 В/50 Гц. Доступно английское меню. Аксессуары: кабель пациента, 6 электродов на грудных конечностях, электроды на

				конечностях, 30 рулонов бумаги. Руководство пользователя на английском языке. Новый неиспользованный Гарантийный срок 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: установка, настройка, ознакомление персонала с правилами использования устройства.:"
--	--	--	--	--