

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Performa	Accu-Chek Performa	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեկ Պերֆորմա շաքարաչափի համար , Նմուշի տեսակը՝մագանոթային արյուն: Չափման մեթոդ՝Էլեկտրոդիմիական: Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ :Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ: Արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 8- 44 °C :Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝10-90%: Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝ 10-65%: Կալիբրացիա՝հ ամակարգըկալիբրավորված է ըստ երակային արյան,որը հիմնված է

				հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին: Ֆերմենտ՝Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստ-երիզների ժամկետը՝ չի փոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: CE0123 ՝ տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպակա նդերեկտիվիչափորոշիչներին: Մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա): Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետ , կլինի փակ, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94Р4-ЕЦХЦП2Р-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					